

MC-3 KONTROL AF TRÆFUGTIGHEDSMÅLER

Fugtmåler: _____ **Fabrikat:** _____ **Type:** _____ **Nr.:** _____

Elektroder: Indbyggede nåle
 Elektrodeholder

Indstilling: Træart: Fyr Gran Ingen indstilling
Temperatur: 20°C Ingen indstilling
Andet: _____

Kontrolboks: MC-3 nr. _____

Dato/signatur		Kontaktpunkt nr.											
		1		2		3		4		5		6	
		Fyr	Gran	Fyr	Gran	Fyr	Gran	Fyr	Gran	Fyr	Gran	Fyr	Gran
	Målerens visning												
	Kontrolværdi ¹	8,9	10,1	12,2	13,6	15,0	16,7	17,9	19,9	21,1	23,2	23,9	26,3
	Difference ²												
	Målerens visning												
	Kontrolværdi ¹	8,9	10,1	12,2	13,6	15,0	16,7	17,9	19,9	21,1	23,2	23,9	26,3
	Difference ²												
	Målerens visning												
	Kontrolværdi ¹	8,9	10,1	12,2	13,6	15,0	16,7	17,9	19,9	21,1	23,2	23,9	26,3
	Difference ²												
	Målerens visning												
	Kontrolværdi ¹	8,9	10,1	12,2	13,6	15,0	16,7	17,9	19,9	21,1	23,2	23,9	26,3
	Difference ²												
	Målerens visning												
	Kontrolværdi ¹	8,9	10,1	12,2	13,6	15,0	16,7	17,9	19,9	21,1	23,2	23,9	26,3
	Difference ²												
	Målerens visning												
	Kontrolværdi ¹	8,9	10,1	12,2	13,6	15,0	16,7	17,9	19,9	21,1	23,2	23,9	26,3
	Difference ²												

¹ Kontrolværdi for den anførte træart, jf. kontrolboksens bagside

² Ved måling på den anførte træart skal målerens visning korrigeres med disse værdier